


Číslo spisu:

Bratislava

RÚVZBA/ORO/11331/24201/2024

20.08.2024



## ROZHODNUTIE

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

### Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ Bratislava“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 4 odsek 1 písm. c) a odsek 2 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 87/2018 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka MEDENT plus, s.r.o., Svätoplukova 18, 821 08 Bratislava, IČO 47382821, doručeného RÚVZ Bratislava dňa 22.07.2024, podľa § 25 ods. 1 písm. a) zák. č. 87/2018 Z. z. ako aj § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto

### Výrok

Na základe žiadosti účastníka konania: MEDENT plus, s.r.o., Svätoplukova 18, 821 08 Bratislava, IČO 47382821, sa podľa § 25 ods. 1 písm. a) zák. č. 87/2018 Z. z. registruje činnosť vedúca k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov – zubného panoramatického röntgenového CBCT prístroja MY RAY HYPERION X5 a dvoch zubných intraorálnych röntgenových prístrojov CEFLA RX DC eXTend na pracoviskách v priestoroch zubnej ambulancie MEDENT plus, s.r.o. v objekte na Mramorovej 21, 821 06 Bratislava.

Zároveň sa ukladá nasledujúca podmienka na vykonávanie činnosti:

V prípade odovzdania röntgenového prístroja inej fyzickej alebo právnickej osobe je žiadateľ o tomto povinný vyhotoviť písomný záznam a jedno podpísané vyhotovenie tohto záznamu zaslať RÚVZ do 30 dní od odovzdania zdroja ionizujúceho žiarenia v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. Záznam musí obsahovať údaje o oboch stranách uvedené v § 26 ods. 7 písm. a) alebo b) zákona č. 87/2018 Z. z., číslo registrácie oznamovateľa, názov a výrobné

čísla röntgenového prístroja a upozornenie, že na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení je podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. potrebné rozhodnutie o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu vydané príslušným orgánom radiačnej ochrany.

Toto rozhodnutie o registrácii sa vydáva na neurčitý čas.

Odborným zástupcom pre radiačnú ochranu je MUDr. Simona Papcunová, č. osvedčenia OOD/9087/2021, zo dňa 08.10.2021, na používanie zubných röntgenových prístrojov.

### **Odôvodnenie**

Účastník konania MEDENT plus, s.r.o., Svätoplukova 18, 821 08 Bratislava, IČO 47382821, v súlade s § 26 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z. z. predložil dňa 22. 07. 2024 návrh na vydanie registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov – zubného panoramatického röntgenového CBCT prístroja MY RAY HYPERION X5 a dvoch zubných intraorálnych röntgenových prístrojov CEFLA RX DC eXTend na pracoviskách v priestoroch zubnej ambulancie MEDENT plus, s.r.o. v objekte na Mramorovej 21, 821 06 Bratislava.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubného panoramatického röntgenového prístroja MY RAY HYPERION X5 a dvoch zubných intraorálnych röntgenových prístrojov RX DC eXTend v priestoroch zubnej ambulancie MEDENT plus, s.r.o. v objekte na Mramorovej 21, 821 06 Bratislava č. RÚVZBA/ORO/11331/21879/2024 zo dňa 24.07.2024 bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 09.08.2024, pričom v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky.

Účastník konania predložil dokumentáciu, ktorá obsahuje opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu; špecifikáciu zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre; prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia; opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, o okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov; preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku; zabezpečenie radiačnej ochrany na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia; predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov; doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia (protokol o preberacej skúške alebo protokol o poslednej skúške stability); doklad o zaškolení obsluhy.

Účastník konania predložil súhlasné rozhodnutie č. RÚVZBA/OE/8892/18913/2024 zo dňa 02. 07. 2024 k uvedeniu predmetných priestorov do prevádzky.

Na pracovisku bol dňa 19.08.2024 vykonaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, pri ktorom sa zistilo, že pracovisko spĺňa požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Podmienka vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bola uložená v súlade s § 27 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z. z.


Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na RÚVZ Bratislava, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
Mgr. Eva Fitzová, MPH  
regionálna hygienička

v zastúpení  
**JUDr. Marianna Škulová**  
zástupca regionálneho hygienika

**Doručuje sa**  
MEDENT plus, s.r.o.  
Svätoplukova 18  
821 08 Bratislava

**Na vedomie**  
Úrad verejného zdravotníctva SR  
Trnavská 52  
826 45 Bratislava

**Správny poplatok bol uhradený vo výške 30,- € / potvrdenie o úhrade správneho poplatku.**

**Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.**

Vyvesené od ..... *21.8.2024* .....



Vyvesené do .....